

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดผ่าตัดนำวันลูกตาทางส่วนหลังพร้อมหัวตัดชนิด ๒๕+G

๑. ความต้องการ

ชุดผ่าตัดนำวันลูกตาทางส่วนหลัง พร้อมหัวตัดชนิด ๒๕+ G

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

ใน ๑ Pak ประกอบด้วย

๑. Cassette/tubing manifold Utility (ตลับร่อนน้ำออกจากตา) ๑ ชิ้น
๒. สายดูดของเหลวจากตา (extrusion line) ๑ เส้น
๓. สายใยแก้วนำแสงชนิดมุมกว้าง (Wide-Angle Endoilluminator) ๑ เส้น
๔. สายนำของเหลวเข้าสู่ตา (infusion cannula) ขนาด ๔ mm ๑ เส้น
๕. ใบมีด Trocar blade พร้อม Valved Cannula ขนาด ๒๕G ๓ ชิ้น
๖. ชุดสายน้ำเกลือ ๑ ชุด
๗. แผ่นพลาสติกปราศจากเชื้อสำหรับคลุมหน้าจอเครื่อง ๑ ชิ้น
๘. ๓-way stopcock ๑ ชิ้น
๙. กระบอกฉีดยาขนาด ๒๐ cc ๑ อัน
๑๐. หัวตัด Advanced ULTRAVIT Beveled High Speed Probe ๑๐,๐๐๐ CFM
ขนาด ๒๕+G ๑ ชิ้น อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

(ลงชื่อ).....สุกาศิณี.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุทธาศิณี เหมะนัค) นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....[ลายเซ็น].....กรรมการ
(นางคันสนีย์ สุหงษา) นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....[ลายเซ็น].....กรรมการ
(นางสาวณัฏฐา มีเจริญ) นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
น้ำมันสำหรับกดจอตา (INTRAOCULAR SILICONE OIL) (บรรจุ ๑ ชั้น/กล้อง)

๑. ความต้องการ

น้ำมันสำหรับกดจอตา Oxane ๑,๓๐๐

๒. คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็น polydimethylsiloxane (highly sterile silicone oil) สำหรับฉีดเข้าไปที่ส่วนหลังของตา เพื่อใช้ในการรักษาอาการลอกหลุดของจอประสาทตา
๒. ฉลากระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุ, เลขที่ผลิต, ไม้ขีดเจนบนกล่องบรรจุ
๓. สีน้คำบรรจุในไซริงค์ ขนาด ๑๐ ml อยู่ในซองปราศจากเชื้อ

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ความหนืด (Viscosity) ๑๐๐๐-๑๕๐๐ mPas ที่อุณหภูมิ ๒๕ °C Spec
๒. ความหนาแน่น ๐.๙๘ g/cm^๓ ที่อุณหภูมิ ๒๒ °C
๓. Interfacial Tension เมื่อเทียบกับน้ำแล้วเป็น >๔๐ mN.m
๔. Refractive index เท่ากับ ๑.๔๐ ที่อุณหภูมิ ๒๐ °C

๔. เงื่อนไขอื่นๆ

๑. มีเอกสารนำเข้าเครื่องมือแพทย์กับคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
๒. วันหมดอายุของสินค้าน้อยกว่า ๖ เดือน นับจากวันส่งมอบ

(ลงชื่อ).....สุพาศินี.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุพาศินี เหมะนัค) นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....[Signature].....กรรมการ
(นางคันสนีย์ สุหงษา) นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....[Signature].....กรรมการ
(นางสาวณัฏฐา มีเจริญ) นายแพทย์ชำนาญการ