โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เข็มฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (บรรจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)

รายการที่ ๑ เข็ม Disposable No.๒๑x๑ (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)

รายการที่ ๒ เข็ม Disposable No.๒๑x๑.๕ (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)

รายการที่ ๓ เข็ม Disposable No.๒๒x๑ (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)

รายการที่ ๔ เข็ม Disposable No.๒๒x๑.๕ (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)

รายการที่ ๕ เข็ม Disposable No.๒๕x๑ (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)

๑. มีส่วนประกอบสำคัญ ๓ ส่วน คือ ปลอกหุ้มเข็ม ด้ามเข็ม และตัวเข็ม

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ปลอกหุ้มเข็ม มีลักษณะโปร่งใส แข็ง ใช้เพื่อป้องกันการหักงอ ทิ่มแทงและปนเปื้อนของเข็ม

๒.๒ หัวต่อ ทำจากพลาสติกชนิด medical grade มีลักษณะโปร่งใสระบุสีตามเบอร์เข็ม แข็งและไม่ทำปฏิกิริยาต่อยาทุกชนิด

๒.๓ ขนาดของหัวต่อตรงตามมาตรฐาน ISO กำหนด สามารถต่อเข้ากับกระบอกฉีดยาหรือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดอื่นได้กระชับพอดี ไม่หลุดง่าย ไม่รั่วซึม

๒.๔ ตัวเข็มทำจาก Stanless Steel ไม่เป็นสนิม ปลายเข็มมีความคมมาก ลดการเจ็บปวดให้คนไข้

๒.๕ บรรจุภัณฑ์ ระบุ Lot No.และวันหมดอายุ ชัดเจน

๒.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๒ ปี นับจากวันผลิต (วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ)

๒.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสถาบัน ที่สากลยอมรับ (ISO) จากโรงงานผู้ผลิต

๒.๘ มีเอกสารผลการวิเคราะห์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๒.๙ ได้รับเครื่องหมาย อย. หรือ มอก. หรือมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก. (กรณีผลิตในประเทศ) และหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อื่นๆ (กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ)

๒.๑๐ ผ่านการฆ่าเชื้อตามมาตรฐานทางการแพทย์ และมีเครื่องหมายที่ซองบรรจุแสดงว่าผ่านการฆ่าเชื้อสมบูรณ์

๓. เงื่อนไขเพิ่มเติม

บริษัทต้องประกันคุณภาพสินค้าที่ส่งมอบตลอดระยะเวลาตามสัญญา มิฉะนั้นคณะกรรมการทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวอรวรรณ สายสุวรรณ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวัฒนา พันธุ์เพ็ง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสายฝน ดีเมืองปัก)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ